

ZionCare 穿戴裝置與應用程式使用手册

關於 ZionCare

ZionCare 是一個收集醫療級數據以進行睡眠健康監測的平台,由先豐科技股份有限公司(MtM+ Technology)所開發,其整體項目包含穿戴裝置、應用程式與後台系統三個部份,此外,ZionCare 監測睡眠數據推出的穿戴裝置—oCare Pro 100(以下簡稱穿戴裝置)是世界上第一款無需傳統指尖探頭即可工作的可穿戴式脈搏血氧裝置,讓患者在舒適的狀態下進行準確檢測,甚至不需親自就診,僅需授權給醫護人員,使其透過後台獲取數據進而予以治療即可,本設備由台醫光電所研發,是首個也是唯一一個通過FDA(台灣、美國和澳洲)和 CE 標誌認證的脈搏血氧儀,並符合該區域必要認證的可穿戴式硬體設備,患者在睡眠數據記錄之後,可藉由應用程式進行數據上傳來追蹤睡眠狀況並取得相關分析。

適用裝置

ZionCare 穿戴裝置需搭配應用程式進行數據上傳與報告獲取,應用程式可安裝在 Andriod 及 iOS 系統的手機上,並支援 iOS 13.0 以上的系統。

- Android
 - Huawei Y9
 - Samsung A51
 - Oppo Reno6 Z 5G
- iPhone
 - iPhone 11 (iOS15.4.1)

協助

若在操作中遇到問題可透過以下方式聯絡本司客服單位進行協助。

- 信箱: <u>support@mtmtech.com.tw</u>
- 電話: <u>+886-2-7736-7386</u>

手	册	目	錄	

穿戴裝置與應用程式使用手冊	1
關於 ZionCare	2
適用裝置	2
協助	2
如何使用穿戴裝置?	4
裝置穿戴	5
裝置操作	6
如何安裝 ZionCare 應用程式?	7
安裝應用程式	8
開啟藍芽傳輸權限	9
建立帳號	
填寫帳號資訊	
登入帳號	
穿戴裝置與應用程式如何連接?	
裝置配對	
裝置連接	
如何記錄睡眠及取得報告?	
記錄數據	
同步數據	
開始同步	
睡眠報告	20
詳細數據	21
睡眠趨勢	22
設定量測	23
記錄量測	24
填寫問卷	25
故障排除	26
應用程式無法連接穿戴裝置	27
註冊帳號出現錯誤	
同步數據等待時間過長	
同步後卻沒有數據	
登入後顯示沒有網路	

如何使用穿戴裝置?

裝置穿戴



將錶帶調整至適當位置。



穿戴裝置邊緣請勿超出或覆蓋尺骨莖 突處。

扣上錶扣,請注意,完成佩帶後,穿 戴裝置背面需和手腕皮膚貼合,手腕 晃動時,穿戴裝置不會前後移動為正 確的佩帶方式。



按壓錶扣二側簧片將並拉起扣合處, 即可取下穿戴裝置。



裝置操作

長按穿戴裝置右側下方按鈕即可開機, 請注意電量是否充足。

開機後,穿戴裝置右側下方按鈕可切換 至選單及選擇選單項目。

開機後,穿戴裝置右側上方按鈕可進行 時間與檢測模式的畫面切換,也可於選 單中切換選項。



如何安裝 ZionCare 應用程式?

安裝應用程式

Apple 使用者: 至 App Store 搜尋 ZionCare App 即可下載 及安裝。

Android 使用者: 至 Google Play 搜尋 ZionCare App 即可下 載及安裝。

16:31 7				
会遊戲	應用程式	11111111111111111111111111111111111111	四圖書	合 兒童
	Zi	ionCare App		
talish Hanki		Reg ð 217		
**** *** ***	Zion MtM+	Care Ap)p / Corporati	
10+ 下载次數	3歳	3+ 以上 ◎		
		安裝		
	E	加入願望清		
「 面 你没有	百任何装置			
ZionCare A	vpp 介紹			
ZionCare M 可收集 PP(感測血液的 脈搏率 (PR	應用程式與醫 G 訊號(光雷)平均血容量 () 和 呼吸頻2	ቔ療級可穿戴腳 富容積脈搏波 -)並將其轉換 率 (RR) 數據。	(搏血氧儀配) 一種基於光線 為血氧濃度(這些數據可)	≙使用, 學技術來 SpO2), 用於計…
更新日期				
2022年3月	2日			
醫療				

開啟藍芽傳輸權限

安裝完成後,ZionCare應用程式需要開啟 藍芽傳輸權限方可將穿戴裝置數據上傳 至應用程式。

首頁	ô		0 ⊖
r Silo Variante	藍牙面 pcare100_MBT, 配對。請 ccare100_MBT 對前,請勿在「 執行任	ご對要求 」想要與您的iPho 輸入願示在 」上的代碼。在完 oCare100_MBT」 何操作。	ne 成 上
1度 4 X 睡覺 講」 最後 同	取消	配對	
開睡眠問卷	始記錄 調查	同步數	據
填寫問卷讓重的分析及指導 最後提交:	₩生更了解愁的睡 ↓ 無	毗宋元, 亚氟提供給:	您更多個人
	填寫	『問卷	
合直	量测	C ^{Zz} 睡眠	<u>1111</u> 趨勢

建立帳號

如果您沒有帳號,可在進入應用程式後 點選**建立帳號**來註冊。



填寫帳號資訊

註冊帳號時需要填寫性別與生日等基本 數據。

14:3	8 . ? 9
	建立帳號
	性別
	女 男
	出生日期
	1995年6月23日
-1977	
	建立帳號
	返回
	(M)

登入帳號

如果您已經註冊好帳號了,可回到登入 畫面進行登入。



穿戴裝置與應用程式如何連接?

裝置配對

將穿戴裝置與應用程式開機,並確認藍 芽功能已開啟,即可自動透過藍芽來連 接裝置,第一次配對需要輸入6位數驗證 碼,此時驗證碼會顯示於穿戴裝置的螢 幕上,輸入並點選配對即可。

幫助:

- 如何使用穿戴裝置?
- 穿戴裝置無法連線。



裝置連接

若連接成功,可在穿戴裝置左上方看到 藍芽符號變成雙箭頭符號,在應用程式 右上方的穿戴裝置圖示也會切換成藍 色,若只有顯示藍芽符號表示穿戴裝置 已經開啟藍芽功能,但未與應用程式連 線,此時只需開起應用程式並保持連線 即可。

幫助:

- 如何使用穿戴裝置?
- 穿戴裝置無法連線。



如何記錄睡眠及取得報告?

記錄數據

你可以透過穿戴裝置的選單來開始記錄 數據,也可以透過應用程式首頁的開始 記錄按鈕來啟用,若您透過應用程式啟 用,請確保穿戴裝置為連接狀態。

幫助:

- 如何使用穿戴裝置?
- 穿戴裝置無法連線。



同步數據

數據蒐集完畢後,可以至應用程式首頁 中點選**同步數據**按鈕進行上傳,與此同 時,穿戴裝置會顯示上傳中的圖示,請 勿在此時中斷操作,操作過程中也請保 持連接狀態。

幫助:

- 如何使用穿戴装置?
- 同步數據等待時間過長。



開始同步



睡眠報告

上傳完成後,可以到**睡眠**點選深色圓形 的按鈕來查閱當日的睡眠報告。



詳細數據

透過上方資料切換,除了總覽資訊外, 也可以根據血氧濃度、脈搏與呼吸頻率 分別進行瀏覽,右上方的分享按鈕更可 以將報告分享給他人。



睡眠趨勢

當蒐集足夠的睡眠數據後,可以到**趨勢** 查看一段時間的改變。



設定量測

首先確認穿戴裝置連接狀態。

量測 🕑	(°Q))
量測 裝置狀態: 就緒	
© C 98 75 % bpm	06 15
記錄測量	
最近的測量 您最近的 5 次測量	
	Z _z z. <u>此</u> 眠 超势



記錄量測

當連接狀態就緒後,點選記錄測量按鈕 即可實時量測並記錄至應用程式。

量測 🗭	((⁰))
 量測 整置狀態: 熟鋪 ● <	Cte 15 b/min
最近的測量 您最近的 5 次測量 € 血氧濃度 (%)	
	⁷ 2 ⁴ <u>1111</u> 限 趋势

填寫問卷

如果您想提供醫生更加確切的睡眠狀 況,可至**首頁**點選填寫問卷。

由於睡眠習慣往往容易根據時間做改 變,因此建議每月填寫一次最新資訊。

古百	*		 □
БŖ			U L.
	晚安, ld	cery!	
獲取睡眠 睡覺前確保書 據」,不久名 最後同步時間	分析 手錶有開機,開始「話 気可以在「睡眠」『 罰: 2022-04-20 20	2錄」。起床後「 頁面看到睡眠分析):38	同步數 。
開	始記錄	同步數	豦
睡眠問卷 填寫問卷讓醫 的分析及指導 最後提交:	調查 ⁸ 生更了解您的睡眠光 9 2022-04-20 00:53	光況, 並能提供給 給	逐更多個人
	填寫問	卷	
			<u>111</u>

故障排除

應用程式無法連接穿戴裝置

● 請先確認裝置是否均已開啟藍芽:

穿戴裝置部份:

- 確認穿戴裝置左上方是否出現藍芽 符號。
- 若無則透過右側下方按鈕進入選 單。
- 3. 右側上方按鈕可切換到藍芽。
- 4. 接著透過右側下方按鈕開啟藍芽。
- 完成後透過右側上方按鈕切到返回 符號。
- 最後透過右側下方按鈕選擇返回主 畫面。



手機部份:

Apple 使用者:
先 到 設 定 > 藍芽中找 到 名 稱 為
oCare100_MBT 的項目,點選進行連接。

Android 使用者:

先到設定>連線裝置>連線>藍芽>偏好 裝置中找到名稱為 oCare100_MBT 的項 目,點選進行連接。

21:29 -	• ••• ••• •••
、 設定 藍牙	
藍牙	
我的裝置	
oCare100_MBT	已連線()
All and a second s	未連線 🚺
87-08-02	未連線 (1)
873883	未連線 (1)
Rear Mill / Description	未連線 🚺
Carlline .	未連線 (1)
(Marcola Contraction)	未連線 (1)
xx - 1800	未連線 🚺
100 100 100	未連線 🛈
(899).007	未連線 🛈
1.017010	未連線 (1)
-	未連線 (i)
	未連線 (1)
stant10,087	未連線 (1)
EE. MARKING	未連線()

- 裝置確認均已開啟藍芽依然無法連接請根據以下步驟重新嘗試連接:
- 1. 完全關閉應用程式 (包含背景運作)。
- 2. 重新啟動穿戴裝置。
- 3. 至藍芽設定找到穿戴裝置名稱並移除。
- 4. 按照說明重新進行連接與配對。
- 手動藍芽連接

您可以透過藍芽來手動連接穿戴裝置。

Apple 使用者:

先 到 設 定 > 藍 芽 中 找 到 名 稱 為 oCare100_MBT 的項目,點選進行連接。

Android 使用者:

先到設定>連線裝置>連線>藍芽>偏好 裝置中找到名稱為 oCare100_MBT 的項 目,點選進行連接。

1:29 7	.11 46
設定 藍牙	
藍牙	
我的裝置	
oCare100_MBT	已連線 (1)
All and a second se	未連線 і
an - on - an	未連線 (1)
87.0000	未連線 (i)
Rear Mill 7 Description	未連線 🚺
Carlline	未連線 (1)
(Dises)	未連線 (1)
	未連線 (1)
ACC 2010 1 (4)	未連線 (1)
(1999) 1017	未連線 (i)
1.0170940	未連線 (1)
	未連線 🛈
	未連線 (i)
start10,087	未連線 (1)
BBL SPAL PA	未連線 (1)

註冊帳號出現錯誤

您可以透過出現錯誤的表格下方比對格 式是否不符規則,密碼則可點選右邊的 眼睛圖示顯示。



同步數據等待時間過長

在一般情況下,6-8 小時的睡眠數據進行上傳,需要等待的時間約為 3-5 分鐘,若您並 非每日上傳睡眠數據,將會累積至下次同步時一併上傳,從而導致上傳時間更長,因 此建議每日上傳來降低等待時間,而上傳數據後,穿戴裝置內的數據將會自動刪除, 以確保容量足夠繼續進行存取,穿戴裝置約能記錄一星期的睡眠數據。

若應用程式下方白色的上傳狀態停滯過久,請先完全關閉穿戴裝置與應用程式(含背 景運作),接著重新啟動應用程式並再次同步。 同步後卻沒有數據

穿戴裝置並未開啟記錄模式:

請在睡前確認穿戴裝置是否已經開啟記錄模式,若有正確啟動,穿戴裝置右下方將出 現攝影機的圖示,您也可以透過應用程式**首頁的開始記錄**來啟動,此時記錄的數據將 會存取在穿戴裝置中,隔日記錄完成再同步數據至應用程式即可。

睡眠數據少於2小時:

若睡眠時間低於 2 小時,則無法計算出可供參考的 ODI 3%指數,因無法於應用程式睡眠功能顯示分析報告資料。

登入後顯示沒有網路

使用本應用程式需保持網路連線狀態,特別是同步數據與取得睡眠報告,若沒有網路 連線將無法從資料庫存取您的數據,因此請保持網路連線後再進行操作,若無網路也 可透過 WiFi 進行連線。

無法透過應用程式啟動睡眠記錄

請將穿戴裝置重新啟動,並在開機後查看穿戴裝置序號(ver: X.XXX),如果您的版本低於 5.202 將無法透過應用程式啟動睡眠記錄,請聯絡客服人員為您更新。